

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2020〕第 5 期，总第 5 期

---

检查时间：2020 年 11 月 9 日—2020 年 11 月 13 日

检查范围：两校区环能学院

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

为进一步加强危险化学品购买、存储、使用等环节的管理，严防危险化学品安全事故发生，11 月 9 日至 11 月 13 日，国资处对两校区环能学院共 20 间涉及化学品使用与存储的实验室进行了更加细致深入的安全检查。检查发现，普通化学品与危险化学品混存、存储条件不合规、试剂或废液无标签、饮用水瓶盛装水样等问题突出，部分实验室存在冰箱中存放食品和在实验室内饮食的现象。现将检查记录列于表 1，请各实验室务必高度重视，切实落实整改措施。

表 1:

## 2020 年 11 月实验室安全检查记录

校区	学院/单位	楼号	房间号	存在问题
西城	环能学院	实验 1	101	1、危险化学品、非危险化学品试剂混存 2、危化品未存放在专用试剂柜中，且未上锁 3、药品柜里放杂物 4、无专门试剂柜，不应大量存放在试验台下 5、试剂柜无药品清单 6、废液桶标识错误 7、实验垃圾与生活垃圾未分类 8、配电箱无门 9、环境杂乱
	环能学院	实验 1	104	1、化学试剂无序堆放 2、仓库物品杂乱 3、仓库无消防和通风设施
	环能学院	实验 1	224	1、试剂混存现象严重 2、危化品未存放在专用试剂柜中，且未上锁 3、地面摆放玻璃器皿 4、冰箱内样品无标签
	环能学院	实验 1	320	1、无垃圾桶且垃圾未分类 2、气瓶无标签 3、饮料瓶中储存未知液体 4、水槽旁试剂瓶无标签 5、试验台下存放大量试剂且有危化品
	环能学院	实验 2	318	1、气瓶与高温设备过近 2、试验台下堆放杂物
	环能学院	实验 2	312	1、桌面无序摆放化学药品且无标签 2、桌面堆放空饮料瓶 3、食物带入实验室 4、插线板不合格
	环能学院	实验 2	405	1、高温设备无警示标识 2、易制爆化学品领用不规范，单次超标领用
	环能学院	实验 2	409	1、气瓶无标签 2、试验台下存放易燃危化品且与废液混放 3、冰箱内存放饮料和食品
	环能学院	科研楼	219	1、试验台下混存大量化学试剂 2、冰箱内部分样品无标签
	环能学院	科研楼	226	1、试验台下存放废液桶且无标识
	环能学院	科研楼	215	1、气瓶无标识、无气瓶帽、未挂防倒链 2、液氮罐无防护措施、无应急设施
	环能学院	科研楼	220	1、小气瓶未固定 2、气瓶移出气瓶架，使用时未有效固定

				<ul style="list-style-type: none"> <li>3、冰箱内样品杂乱且无标签</li> <li>4、普通试剂柜中存放腐蚀性液体</li> <li>5、腐蚀性液体储存不规范，应放置在防腐蚀遗撒托盘内并设置警示标识</li> </ul>
大兴	环能学院	雨水楼	105	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、实验垃圾与生活垃圾未分类</li> <li>2、废液无标识、无托盘</li> </ul>
	环能学院	雨水楼	106	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、气瓶缺少气瓶帽、固定圈、防倒链</li> </ul>
	环能学院	雨水楼	108	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、高温设备周围有易燃物和气瓶</li> <li>2、插线板非国标</li> <li>3、试验台下有试剂且无标签</li> </ul>
	环能学院	雨水楼	208	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、气瓶缺少气瓶帽、固定圈、防倒链</li> <li>2、部分气瓶未固定</li> <li>3、有乙炔但无可燃气体报警器</li> <li>4、化学试剂禁忌物混存</li> <li>5、废液无托盘、无标识</li> <li>6、试剂瓶标签不清</li> <li>7、室内堆放杂物</li> </ul>
	环能学院	雨水楼	302	<ul style="list-style-type: none"> <li>1、饮料瓶装水样且原标签未撕下</li> <li>2、试验台置物架无围挡且放置玻璃器皿</li> <li>3、废液标识损坏</li> <li>4、实验垃圾无专用垃圾桶</li> </ul>

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448

办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2020年11月13日