

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2020〕第 4 期，总第 4 期

---

检查时间：2020 年 10 月 26 日~2020 年 10 月 30 日

检查范围：大兴校区环能学院、土木学院

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

为进一步落实《北京市危险化学品安全综合治理三年行动计划》，加强我校危险化学品存储与使用环节的管理，防范危险化学品安全事故发生，10 月 26 日至 10 月 30 日，国资处对大兴校区环能学院、土木学院共 31 间涉及化学品使用与存储的实验室进行了摸底检查。检查发现，化学品和气瓶的购买记录、使用台账、出入库记录、安全技术说明书（MSDS）缺失，试剂和气瓶缺少正确的标签、标识，气瓶的存储与使用不规范，化学品混放、乱放，生活垃圾与实验垃圾未分类等问题严重，且部分实验室经多次检查仍存在物品杂乱摆放、环境卫生差的情况，现将检查记录列于表 1，请各实验室务必重视、立即整改。

表 1: 2020 年 10 月实验室安全检查记录

校区	学院/单位	楼号	房间号	存在问题
大兴	环能学院	学 B	418/420	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高温设备近处不能存放气瓶、缺少高温防烫警示标识、加热炉等高温设备未放在专用实验台上，且周边存放纸质易燃物。</li> <li>2. 做完实验试剂瓶未归位。</li> <li>3. 临时用电插线板非标，且不可直接置于地面。</li> <li>4. 钢瓶没有固定，离高温设备过近。</li> <li>5. 窗台有杂物、落灰、报废设备等、试验台等杂物。</li> <li>6. 应急急救箱无明现标识。</li> <li>7. 危险废物暂存柜标识不规范、废物收集桶上标识不规范、废物暂存区缺少托盘、缺少危险废弃物明细清单。</li> <li>8. 实验室安全警示标志不明显，疏散标志不规范。</li> <li>9. 洗眼器无维护记录。</li> </ol>
	环能学院	学 B	422/424	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高温设备不能放窗台。</li> <li>2. 冰箱里不能有易燃易爆物品。</li> <li>3. 铬废液单独回收，贴标签，不能过满。</li> <li>4. 生活用空瓶不能做样品瓶，无标签。</li> <li>5. 饮用水等不能带入实验室。</li> </ol>
	环能学院	学 B	426	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未设置明显的安全警示标志。</li> <li>2. 危险化学品无化学品安全技术说明书（MSDS）。</li> <li>3. 危化品暂存室应放置存储台账、各柜子应有明确存储内容、普通化学品柜在危化品暂存间无明显标识。危险化学品与普通化学品混放、氧化还原混放。</li> <li>4. 化学品领用、使用和退回台账记录不清晰。化学试剂瓶标签不清晰、人名标签遮挡试剂名称。</li> </ol>
	环能学院	学 B	428/430	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 有机试剂瓶敞口，样品试剂瓶用饮料瓶未贴标签。</li> <li>2. 高温烘箱上有易燃物。</li> <li>3. 危险废物暂存柜标识不规范，缺少明细。</li> </ol>
	环能学院	学 B	427/429	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 高温烘箱上有易燃物。</li> <li>2. 危险废物暂存柜标识不规范。</li> </ol>
	环能学院	学 B	475	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 地面、试验台存放纸箱等杂物。</li> </ol>
	环能学院	学 B	476	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存放 3 个二氧化碳气瓶无气瓶架。</li> <li>2. 缺少安全检查记录。</li> </ol>
	环能学院	学 B	480	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 通风橱内存放试剂。</li> </ol>
	环能学院	学 B	483/485	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 废液桶无标签。</li> </ol>

			2. 屋内堆放杂物。
环能学院	学 B	486	1. 气瓶缺少气瓶帽、气瓶固定圈、固定链，使用通用压力阀接口，部分气瓶未有效固定、未分类摆放。 2. 气瓶安全附件不齐全、气路标签未张贴在管道上。 3. 未安装可燃气体报警器。气瓶室存放氢气无报警器，存放氧气的实验室无氧气报警器。 4. 配电箱，监控不防爆。
环能学院	学 B	489/490	1. 氧气瓶未固定
土木学院	建材楼	104	1. 氧气瓶未固定
土木学院	建材楼	305	1. 缺少气瓶帽

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448      办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2020 年 10 月 30 日