

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2021〕第2期，总第8期

检查时间：2021年3月18日—2021年3月19日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、经管学院、
测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查工作人员：刘蔚、焦驰宇、王梦、赵子彦

各相关学院、单位：

为提高实验室安全管理水平、切实解决实验室管理中存在的问题，同时保障开学后学校安全稳定运行，3月18日至3月19日，国资处对寒假前实验室安全检查中涉及的安全隐患进行了复查，并抽查了部分寒假前未检查的实验室。

检查发现，多数存在安全隐患的实验室已完成整改，但仍有部分实验室尚未落实整改措施。整改情况列于表1，请仍存在安全隐患的实验室立即整改，保障新学期学生返校后能够安全地开展实验。需进行修缮的实验室尽快与物业联系落实整改方案。

本次抽查的实验室中存在观察窗遮挡、气瓶或设备缺少安全标识等问题，检查结果列于表2，请相关实验室引起重视，尽快整改。国资处将复查整改情况并在后续通报中公布。

表 1:

实验室安全隐患整改情况

校区	学院/单位	楼号	房间号	待整改项	整改情况
西城	建筑学院	教 4	122	1. 堆放大量废纸、废纸箱、废机箱	已整改
	建筑学院	教 4	114/116	1. 纸箱堆积, 存在羽毛球拍等生活用品	已整改
	建筑学院	教 4	101	1. 插线板未清理、废纸箱堆积 2. 重要设备的操作规程未张贴	已整改 已整改
大兴	土木学院	地下工程	303/304	1. 气瓶无标识且未固定	已整改
	土木学院	学 E	下沉广场	1. 楼外储物柜未上锁, 实验材料易丢失	已整改
	环能学院	雨水楼	202、204	1. 屋顶漏水需维修	未整改
	环能学院	学 B	413	1. 气瓶未固定	已整改
				2. 新购买的危化品未入库	已整改
				3. 废液无标签、未集中存放	已整改
	环能学院	学 B	420	1. 实验台架存放危化品	已整改
				2. 破碎的量筒仍在在使用	已整改
				3. 环境杂乱	已整改
	电信学院	学 D	206/208	1. 观察窗遮挡	未整改
				2. 接线板需更换	已整改
				3. 杂物遮挡消防通道	未整改
	电信学院	学 D	531	1. 废纸箱堆积	已整改
				2. 机柜内插线板需更换为 PDU 插线板	已整改
	经管学院	学 A	311	1. 杂物堆放需清理	已整改
	机电学院	学 C	305	1. 设备挡住部分消防通道	已整改
	机电学院	学 C	408	1. 消防通道堵塞	已整改
2. 地面电线盖板损坏				已整改	
人文学院	基础 A	408	1. 废纸箱堆积待清理	已整改	
			2. 墙角堆放杂物	已整改	
人文学院	基础 A	419	1. 机柜上屋顶漏水需维修	已整改	
人文学院	基础 A	435	1. 配电箱门关不严、走线较乱	已整改	
理学院	基础 C	133	1. 线槽应稳固并应布置防护设施, 建议设置警示线	已整改	
工程中心	金工楼	123	1. 设备缺少安全标识	已整改	
			2. 处理废乙醇	未整改	

表 2:

2021 年 3 月实验室安全检查记录

校区	学院/单位	楼号	房间号	待整改项
大兴	土木学院	地下工程	103	1. 设备堵塞消防通道
				2. 缺少高温设备和低温设备标识
				3. 更换防水插座
	环能学院	学 B	413	1. 观察窗遮挡
	机电学院	学 C	408	1. 观察窗遮挡
西城	环能	实验 2	306	1. 气瓶无标识
	环能	实验 2	318	1. 观察窗遮挡
	环能	科研楼	226	1. 气瓶柜内小气瓶倾斜、未固定

如对通报中的记录有任何疑问，可与国资处实验室管理科联系。

办公地点：综合楼 448

办公电话：010-61209460

国有资产与实验室管理处

2021 年 3 月 22 日