

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第3期，总第62期

检查时间：2024年1月30日至2月1日

检查范围：土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院、中法能源中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校寒假期间实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，1月30日至2月1日，国资处对两校区共33间寒假期间开放实验室进行安全检查（详见附件1）。本次安全检查主要从实验室室内环境、用电安全、实验气体、仪器设备规范操作等方面开展。现对4项新增安全隐患进行通报（详见附件2），请相关二级单位及时完成隐患整改。

- 附件：1. 实验室安全检查房间明细
2. 实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2024年2月2日



附件 1:

实验室安全检查房间明细

序号	校区	学院	楼宇	房间号
1	西城	环能	实验甲 2 号楼	102
2	大兴	土木	振动台阵实验室	振动台阵实验室
3	大兴	土木	学 E	东 1
4	大兴	土木	学 E	东 2
5	大兴	土木	学 E	东 3
6	大兴	土木	学 E	东 4
7	大兴	土木	学 E	东 5
8	大兴	土木	学 E	B111
9	大兴	土木	学 E	B112
10	大兴	土木	学 E	B113
11	大兴	土木	学 E	B116
12	大兴	土木	建材楼	102
13	大兴	土木	建材楼	103
14	大兴	土木	建材楼	104
15	大兴	土木	建材楼	403
16	大兴	环能	学 B	128
17	大兴	环能	学 B	132
18	大兴	环能	学 B	328
19	大兴	环能	学 B	329
20	大兴	环能	学 B	331
21	大兴	环能	学 B	332
22	大兴	环能	学 B	335
23	大兴	环能	学 B	343
24	大兴	环能	学 B	374
25	大兴	环能	学 B	480
26	大兴	环能	学 B	475
27	大兴	环能	学 B	424
28	大兴	环能	学 B	420
29	大兴	环能	学 B	412
30	大兴	机电	学 C	110
31	大兴	测绘	学 F	113
32	大兴	测绘	学 F	217
33	大兴	测绘	学 F	421

附件 2:

实验室安全检查主要问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	环能	学 B	332	危化品管制类别填写错误	整改中	
2	大兴	环能	学 B	343	危化品未入柜保存	整改中	
3	大兴	环能	学 B	480	使用非标插线板	整改中	
4	大兴	测绘	学 F	132	环境杂乱	整改中	