

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2023〕第15期，总第58期

检查时间：2023年11月23日至24日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、机电学院、电信学院、测绘学院、理学院、工程中心、中法能源中心

检查内容：实验项目风险评估、安全准入考试、室内环境、化学安全、用电安全、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，11月23日至24日，国资处对两校区实验室进行了安全检查，并对以往检查发现的所有安全隐患整改情况进行了复查。本次安全检查主要从实验项目安全风险评估、实验室室内环境、化学安全、用电安全等方面开展。现对9项新增安全隐患进行通报（详见附件），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：实验室安全检查主要问题隐患



国有资产与实验室管理处

2023年11月25日

附件：

实验室安全检查主要问题隐患

一、新增隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	大兴	工程中心	金工楼	314	1. 环境杂乱 2. 插线板串接	整改中	
2	大兴	土木学院	建材楼	405	实验人员未进行实验项目安全风险评估	整改中，暂停实验	
3	大兴	土木学院	建材楼	403	1. 危化品未入柜 2. 液体未贴试剂标签	整改中	

4	大兴	土木学院	学 E	东 2	洗眼器无维护记录	整改中	
5	大兴	电信学院	学 D	110	插线板串接	整改中	
6	大兴	环能学院	学 B	一层走廊	洗眼器维护记录不全	整改中	

7	西城	建筑学院	教 4	122 124	堆放报废物资	整改中	
8	西城	建筑学院	教 4	111	<ol style="list-style-type: none">1. 环境杂乱2. 插线板串接	整改中	

9	西城	环能学院	实验甲 2	102	使用非标插线板（6 年以上）	整改中	
---	----	------	-------	-----	----------------	-----	---