

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第2期，总第61期

检查时间：2024年1月26日

检查范围：土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、中法能源中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、实验气体、仪器设备规范操作等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

为保障学校寒假期间实验室安全稳定运行，营造良好实验室环境，1月26日，国资处对两校区共46间寒假期间开放实验室进行安全检查（详见附件1）。本次安全检查主要从实验室室内环境、用电安全、实验气体、仪器设备规范操作等方面开展。现对9项新增安全隐患进行通报（详见附件2），请相关二级单位及时完成隐患整改。

附件：1. 实验室安全检查房间明细

2. 实验室安全检查主要问题隐患

国有资产与实验室管理处

2024年1月27日

附件 1:


实验室安全检查房间明细

序号	校区	学院	楼宇	房间号
1	西城	机电	实验 4	104 106
2	西城	机电	实验甲 4 号楼	105
3	西城	环能	实验 2	305
4	大兴	土木	振动台阵实验室	振动台阵实验室
5	大兴	土木	学 E	东 1
6	大兴	土木	学 E	东 2
7	大兴	土木	学 E	东 3
8	大兴	土木	学 E	东 4
9	大兴	土木	学 E	东 5
10	大兴	土木	学 E	B107
11	大兴	土木	学 E	B111
12	大兴	土木	学 E	B112
13	大兴	土木	建材楼	102
14	大兴	土木	建材楼	103
15	大兴	土木	建材楼	104
16	大兴	土木	建材楼	403
17	大兴	环能	学 B	126
18	大兴	环能	学 B	132
19	大兴	环能	学 B	134
20	大兴	环能	学 B	136
21	大兴	环能	学 B	138
22	大兴	环能	学 B	140
23	大兴	环能	学 B	142
24	大兴	环能	学 B	374
25	大兴	环能	学 B	380
26	大兴	环能	学 B	387
27	大兴	环能	学 B	382
28	大兴	环能	学 B	330
29	大兴	环能	学 B	329
30	大兴	环能	学 B	331
31	大兴	环能	学 B	332
32	大兴	环能	学 B	338
33	大兴	环能	学 B	335
34	大兴	环能	学 B	339
35	大兴	环能	学 B	343
36	大兴	环能	学 B	412
37	大兴	环能	学 B	416

38	大兴	环能	学 B	413
39	大兴	环能	学 B	410
40	大兴	环能	学 B	420
41	大兴	环能	学 B	424
42	大兴	环能	学 B	428
43	大兴	环能	学 B	475
44	大兴	环能	学 B	106
45	大兴	环能	学 B	B122
46	大兴	环能	学 B	B121

附件 2:

实验室安全检查主要问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	整改情况	隐患照片
1	西城	机电	实验 4	104 106	灭火器未贴年检标识; 接线板串接	整改中	
2	大兴	土木	振动台 阵实验 室	振动台阵实 验室	实验室出入人员信息登记不 及时; 机房补充巡查记录;	整改中	
3	大兴	土木	学 E	东 1-东 5	缺少实验室出入人员信息登 记表	整改中	
4	大兴	土木	建材楼	403	实验垃圾分类不当	整改中	
5	大兴	土木	建材楼	104	仪器使用记录登记不及时	整改中	
6	大兴	环能	学 B	132	仪器使用记录登记不及时; 更新危废标识	整改中	 

7	大兴	环能	学 B	136、413	更新危废标识	整改中	
8	大兴	环能	学 B	138	更新危废标识; 药品叠放	整改中	
9	大兴	环能	学 B	329	气瓶无气瓶帽	整改中	