

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第17期，总第76期

**检查时间：**2024年9月26日至29日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、电信学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作等

**检查人员：**焦驰宇、杨赛、赵子彦、郭婕

各二级单位：

9月26日至29日，国资处对两校区实验室进行安全检查，现对18项新增隐患和7项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：
1. 新增实验室安全检查问题隐患
  2. 往期未登记整改隐患






国有资产与实验室管理处







2024年9月29日

# 附件 1

## 新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	建筑	教 4	103	使用非标插线板	
2	西城	土木	实验 6	104	房间调整，请及时修改实 验室信息	
3	西城	土木	科研楼 接建	103	实验室危险源变化，分类 分级需调整	
4	西城	环能	实验 2	314	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 存放啤酒</li> <li>2. 气瓶无使用状态标识</li> <li>3. 烘箱周围存放易燃物</li> </ol>	

5	大兴	环能	基 C	201 202	1. 实验室内放置电烧水壶 2. 无人但未锁门	
6	大兴	环能	基 C	205	1. 插线板串接 2. 气瓶未使用安全配件	  
7	大兴	环能	学 B	487 489	危化品未入柜储存	
8	大兴	环能	学 B	479 481	气瓶无使用状态标识牌	
9	大兴	环能	学 B	480	1. 管制类药品未入柜储存 2. 酸碱混放，危化品柜未上锁	 
10	大兴	环能	学 B	455	1. 自制防倒吸装置为塑料瓶，有安全风险。 2. 烘箱周围禁止放置可燃物	

						
11	大兴	环能	学 B	134	未申请夜间运行实验室	
12	大兴	环能	学 B	132	未申请夜间运行实验室	
13	大兴	环能	学 B	128	停用气瓶未安装气瓶帽	
14	大兴	环能	雨水楼	302	水龙头长流水	
15	大兴	环能	雨水楼	208	危险废物未放置在托盘上	
16	大兴	环能	雨水楼	206	危险废物与生活垃圾混放	

17	大兴	环能	雨水楼	106	<p>1. 未按规定放置危险废物 2. 实验室无人且钥匙放门上</p>	
18	大兴	环能	雨水楼	108	阻塞消防通道	

## 附件 2

# 往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	305 307	插线板串接	2024-05-23
2	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液，需配置实验手套 2. 房间内温度较高，建议尽快维修空调	2024-05-23
3	大兴	工程中心	金工楼	406	插线板串接	2024-08-07
4	大兴	工程中心	金工楼	405	插线板串接	2024-08-08
5	大兴	土木	学 E	B118	插线板串接	2024-08-16
6	大兴	环能	学 B	374	夜间运行实验室申请已过期，如需继续夜间实验请重新提交申请	2024-08-20
7	大兴	电信	学 D	317 319	注意环境卫生	2024-08-20