

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2024〕第 19 期，总第 78 期

**检查时间：**2024 年 11 月 26 日至 29 日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、智能科学与技术学院、测绘学院、机电学院、理学院、工程实训中心

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

**检查人员：**王万鹏、汪长征、焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

11 月 26 日至 29 日，国资处联合教务处、科发院对两校区实验室进行安全检查，现对 15 项新增隐患和 9 项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，**及时完成隐患整改**，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

## 一、存在问题

### （一）共性问题

1. **安全准入考试方面。**经现场检查，部分学生（特别是研一学生）未按要求参加实验室安全准入考试直接进入实验

室开展实验。

2. 实验项目安全风险评估方面。经现场检查，部分学生未进行实验项目风险评估直接开展实验，学校已责成相关人员限期整改后方可继续开展实验，并责令相关二级单位做好监督检查工作。

## （二）主要问题隐患

详见附件。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患  
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2024年11月30日

# 附件 1

## 新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	环能	实甲 2	105	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 废液无标识</li> <li>2. 烘箱存放药品</li> <li>3. 药品无标识</li> </ol>	
2	大兴	土木	岩土楼	202、203、204、205	遮挡观察窗	
3	大兴	土木	学 F 东侧楼	405	需张贴试剂标签	
4	大兴	土木	学 F 东侧楼	403	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 危废标签错误</li> <li>2. 危废和生活垃圾未分类</li> </ol>	

5	大兴	土木	学 F 东侧楼	B101	减水剂需张贴正确标签	
6	大兴	土木	学 F 东侧楼	103 105	补充应急预案	
7	大兴	环能	学 B	428 430	1. 实验室存放饮料 2. 烘箱旁边放置易燃物泡沫	
8	大兴	环能	学 B	383 385	废液桶无标签	
9	大兴	环能	学 B	359 361	堆放杂物	
10	大兴	环能	学 B	339 341	饮料瓶无标签	

11	大兴	环能	学 B	335 337	未定期检查洗眼器	
12	大兴	环能	学 B	305 307	堆放垃圾、占用消防沙桶	
13	大兴	环能	学 B	309 311	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 学生未进行实验项目风险评估</li> <li>2. 未参加准入考试</li> <li>3. 遮挡观察窗</li> </ol>	
14	大兴	环能	学 B	313 315	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 清理个人物品</li> <li>2. 学生未开展实验项目风险评估</li> </ol>	
15	大兴	测绘	学 F	421 423	使用非国标插线板	

## 附件 2

# 往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	305 307	插线板串接	2024-05-23
2	西城	环能	实验甲 2	101	1. 使用溴化锂溶液，需配置实验手套 2. 房间内温度较高，建议尽快维修空调	2024-05-23
3	大兴	土木	学 E	B118	插线板串接	2024-08-16
4	西城	环能	实验甲 2	314	1. 环境杂乱 2. 烘箱周围存放易燃物 3. 存放品啤酒 4. 气瓶无使用状态标识	2024-08-20
5	西城	土木	科研楼 接建	103	实验室危险源变化，分类分级需调整	2024-09-29
6	西城	建筑	教 4	103	使用非标插线板	2024-09-29
7	西城	土木	实验 6	104	房间调整，请及时修改实验室信息	2024-09-29
8	大兴	智能科学与技术学院	学 D	113 115	插线板串接	2024-10-02
9	大兴	理学院	基 C	419 421	固定插线板	2024-10-18