

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第3期，总第82期

**检查时间：**2025年2月14日至15日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

**检查人员：**焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

2月14日至15日，国资处对两校区假期开放实验室进行安全检查，发现部分实验室未张贴实验灭火器检查卡，检查卡已于2024年12月下发至各二级单位，请尽快张贴并定期填写检查记录。

现对3项新增隐患和3项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患  
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年2月15日

## 附件 1

# 新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	大兴	环能	学 B	106 108	1.水杯盛放不明液体 2.存放饮料	
2	大兴	环能	雨水楼	101 门口	电暖气（施工使用）距离窗帘过近	
3	大兴	环能	雨水楼	205	1. 危化品未上锁 2. 垃圾桶堵塞消防通道	 

## 附件 2

# 往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	建筑	实验 7	/	1. 使用非标插线板 2. 烘箱周围存放易燃物 3. 遮挡配电箱、消防栓	2025-01-06
2	西城	土木	实验 1	107	1. 安全帽无 LA 认证 2. 应急药品过期	2024-12-27
3	西城	环能	实验 2	314	1. 未报备假期开放实验室 2. 实验台脏乱 3. 化学品摆放杂乱 4. 配置溶液无标签 5. 未及时清理碎烧杯	2025-02-06