

# 实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第2期，总第81期

**检查时间：**2025年2月6日至8日

**检查范围：**建筑学院、土木学院、环能学院、测绘学院、机电学院

**检查内容：**实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

**检查人员：**焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

2月6日至8日，国资处对两校区假期开放实验室进行安全检查，现对2项新增隐患和6项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“业务大厅”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患  
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年2月8日

# 附件 1

## 新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	环能	实验 2	314	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 未及时清理碎烧杯</li> <li>2. 配置溶液无标签</li> <li>3. 化学品摆放杂乱</li> <li>4. 实验台脏乱</li> <li>5. 未报备假期开放实验室</li> </ol>	
2	大兴	环能	雨水楼	108	房间未备案开放但未锁门	

## 附件 2

# 往期未登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	土木	实验 1	107	1. 安全帽无 LA 认证 2. 应急药品过期	2024-12-27
2	西城	建筑	实验 7	/	1. 使用非标插线板 2. 烘箱周围存放易燃物 3. 遮挡配电箱、消防栓	2025-01-06
3	大兴	工程中心	金工楼	102 104	1. 遮挡观察窗 2. 存放与实验无关的物品	2025-01-21
4	大兴	环能	学 B	403 405	危废未分类存放	2025-01-21
5	大兴	环能	学 B	359 361	实验试剂未贴标签	2025-01-21
6	大兴	土木	地下工程实验室	202	房间门已张贴封条但未上锁	2025-01-26