

实验室安全检查通报

北京建筑大学 国有资产与实验室管理处

〔2025〕第5期，总第84期

检查时间：2025年4月2日至5日

检查范围：建筑学院、土木学院、环能学院、智科学院、经管学院、测绘学院、机电学院、人文学院、理学院、工程中心

检查内容：实验室室内环境、用电安全、危化品存储、实验气体、仪器设备规范操作、安全准入考试情况、实验项目风险评估情况等

检查人员：焦驰宇、赵子彦、郭婕

各二级单位：

4月2日至5日，为保障实验室安全有序运行，国资处对两校区实验室进行安全检查，现对14项新增隐患和8项往期未登记整改隐患进行通报，请相关二级单位高度重视，及时完成隐患整改，并在北京建筑大学企业号->“**A 智慧实验室服务平台**”->“**业务大厅**”->“**实验室安全检查**”->“**实验室安全隐患整改清单**”中进行登记。

请各单位严格实验室管理工作，落实检查频次，切实压实实验室安全管理责任。

- 附件：1. 新增实验室安全检查问题隐患
2. 往期未登记整改隐患

国有资产与实验室管理处

2025年4月5日

附件 1

新增实验室安全检查问题隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患	隐患照片
1	西城	环能	实验甲 2	101	<ol style="list-style-type: none"> 1. 遮挡配电箱 2. 试剂桶无标识 	
2	西城	环能	实验甲 2	105	<ol style="list-style-type: none"> 1. 试剂无标签 2. 遮挡配电箱 3. 环境杂乱 	
3	西城	环能	实验 2	楼顶	<ol style="list-style-type: none"> 1. 楼顶环境杂乱 2. 楼顶实验室环境杂乱 	

4	大兴	环能	雨水楼	207	未填写灭火器检查记录	
5	大兴	环能	学 B	B120 122	未定期填写灭火器检查卡	
6	大兴	环能	学 B	B121	1. 环境杂乱 2. 实验室无人未锁门	
7	大兴	环能	学 B	238 240	1. 实验室无人未锁门 2. 环境杂乱	
8	大兴	环能	学 B	403 405	1. 烘箱禁止放置在木桌上 2. 烘箱周围禁止存放易燃物	

9	大兴	环能	学 B	408	固液混放，药品叠放	
10	大兴	土木	学 E	B112 B114	烘箱周围存放易燃物	
11	大兴	土木	学 E	B108 110	未填写灭火器检查卡	
12	大兴	土木	学 F 东配楼	403	实验室无人未锁门	
13	大兴	土木	雨水楼	201	实验室存放水壶	
14	大兴	测绘	学 F	113 115	实验室存放猫粮	

附件 2

往期末登记整改隐患

序号	校区	学院	楼宇	房间号	隐患描述	检查日期
1	西城	环能	实验 2	314	1.未报备假期开放实验 2. 室实验台脏乱 3.化学品摆放杂乱 4.配置溶液无标签 5.未及时清理碎烧杯	2025-02-06
2	西城	环能	实验 2	314	烘箱旁边放置易燃物	2025-02-28
3	西城	土木	学 F 东侧楼	403	1. 遮挡观察窗 2. 使用非标插线板	2025-03-06
4	大兴	土木	岩土楼	303 304	遮挡观察窗	2025-03-06
5	大兴	土木	岩土楼	101 102	1. 插头虚接 2. 灭火器过期	2025-03-06
6	大兴	土木	学 E	209 211	遮挡观察窗	2025-03-06
7	西城	环能	实验 2	116	插线板串接	2025-03-07
8	西城	环能	实验 2	314	1. 烘箱周边存放易燃物 2. 配置溶液无标签 3. 环境杂乱	2025-03-07